

ウォッシャーディスインフェクター 仕様書

1 品名及び数量

ウォッシャーディスインフェクター 一式

2 規 格

機能・性能等については、(1) 要求項目に示す内容を満たすものとし、一式の機器構成については、(2) 機器構成表の①・②に示すいずれかの構成によること。

(1) 要求項目

- ① 製品名称はウォッシャーディスインフェクターでありISO15883に準拠していること。
- ② 設置外寸が現在の設置スペースW1000×D900×H2400mm以内に収まること。
- ③ 洗浄バスケットDINが8枚以上処理可能であること。
- ④ 7インチ以上の液晶タッチディスプレイであり、表示言語は日本語であること。
- ⑤ 本体の扉は両扉方式であること。
- ⑥ 洗剤ポンプは3系統搭載しており、洗剤投入量は機器で管理され自動で投入量の補正を行うこと。
- ⑦ 乾燥フィルターはHEPA H14以上であること。
- ⑧ 水の加温方式は電気加温であり高速処理モデルであること。
- ⑨ 運転記録を印字するプリンターを備えていること。プリンターは時間、温度、圧力、洗剤投入量など記録可能であり、SS,CSどちらに取り付けるか選択可能であること。
- ⑩ 洗剤は装置本体に5Lボトルを3本以上収納可能であること。
- ⑪ 本装置は添付文書にて耐用年数が7年以上の記載があること。

(2) 機器構成表

① ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 製

項 目	規 格	数量
本 体	Aquqdis 56MEWT プリンター付 GWD564	1

項 目	規 格	数量
洗浄ラック	4段 56用 6027591901	1
器材用バスケットDIN	480×250×50mm LJP-H7501689	24
マイクロ器具用バスケット	480×250×40mm LJP-H7501723	1
MIS（管状器具用）Uモジュール56	6028423901	1
蓋付ロングファンネル	503346200	15
シリコンホース 4 本用ホルダー	503298701	1
ホースニップル	503300000	6
ニップル付きシリコンホース	500764400	6
メスルアーゼット 8mm	501399401	2
オスルアーゼット 8mm	501399501	7
インジェクションパイプ ブルーL=340	477242500	2
NOZZLE 5mm	477242701	2
DT0 シングル 5 シェルフ	564718570	1

② 株式会社エムエス 製

項 目	規 格	数量
本 体	スチールコDS610/2	1
洗浄ラック	4 段マルチラック	1
カートリッジ	ラパロ用	1
アクセサリー	麻酔バック用専用アクセサリー	1
システムバスケット	MS-3S フルサイズ 480×250×50mm	16
洗浄装置用コンプレッサー	FC-RP006WS	1

3 納入期限等

- (1) 納入期限 令和 8 年 3 月 31 日
- (2) 納入場所 山形県立河北病院 中央材料室

4 設置、保守及びその他

- (1) 搬入、据付、本装置が正常に稼働するための必要な一切の工事、既設装置

の撤去等に係る経費は、受注者の負担とする。

- (2) 搬入、据付等の工事、調整、試運転、既設装置の撤去に際しては、これに必要な養生を行い、建物等を破損した場合は直ちに発注者に報告し、補修すること。
- (3) 納入後 1 年間は無償保証とし、この間、本装置が正常に稼働するよう定期的な点検及び整備を行うこと。
- (4) 障害時において、メーカーのサービスエンジニアが迅速に対応できる体制であること。
- (5) 要請に応じて、技術的相談、指導等所要のサービスを行うこと。